



Alerta Sanitaria

11-16 DE AGOSTO
2023



ORTHO SERA ANTI-LEA MOUSE MONOCLONAL IGM FOR ORTHO BIOVUE SYSTEM (CAT). Se recibió notificación del importador, en la que notifica que los lotes V239361, V243312 y V239361 de ORTHOTM SERA Anti-Lea muestran resultados negativos inesperados con glóbulos rojos positivos para el antígeno Lea.

Los establecimientos deben abstenerse de distribuir y comercializar el producto involucrado, hasta tanto logre implementar el plan de acción dispuesto por fábrica. Si está utilizando el producto, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador.



HEMOSIL ACUSTAR ADAMTS13 ACTIVITY 0009802048. Werfen notifica sobre resultados de muestras de pacientes con valores por debajo del rango normal (dentro del subconjunto de resultados < 10 % de actividad) con el reactivo..

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Reactivovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los incidentes y eventos adversos que involucren el producto referenciado.



VIDAS® DENGUE NS1 AG (DEAG)VIDAS® DENGUE NS1 AG (DEAG). BioMérieux notifica sobre problemas de calibración con el producto VIDAS® DENGUE NS1 AG 60T (Ref. 423077) lote 1009977620 debido a un valor S1 alto, fuera de rango.

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Reactivovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los incidentes y eventos adversos que involucren el producto referenciado.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el invima:
farmacovigilancia@invima.gov.co - tecnovigilancia@invima.gov.co