



ALERTA

Marzo

Alerta Sanitaria



**FITBODY DÍA Y FITBODY NOCHE
NO CUENTA CON REGISTRO SANITARIO
PRODUCTO FRAUDULENTO**
01 marzo 2025

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, ADVIERTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE LOS PRODUCTOS "FITBODY DÍA Y FITBODY NOCHE", PROMOCIONADOS PRESUNTAMENTE COMO SUPLEMENTOS DIETARIOS, POR LO QUE SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL.

Nota: SE DESCONOCE SU CONTENIDO REAL QUE PONE EN ALTO RIESGO LA SALUD DE QUIEN LO USE



**NOXPIRIN PLUS CÁPSULA
NO CUENTA CON REGISTRO SANITARIO
PRODUCTO FALSIFICADO**
LOTE: 12260623 Y FECHA DE VENCIMIENTO 072025
03 marzo 2025

PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- DIFERENCIA EN EL COLOR Y BRILLO DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE CON RESPECTO AL PRODUCTO ORIGINAL.
- DIAGRAMACIÓN DIFERENTE AL PRODUCTO ORIGINAL. • FUENTE Y TAMAÑO DE LOS TEXTOS DIFERENTE DEL PRODUCTO ORIGINAL
- ACABADOS DEL SELLADO DIFERENTE DEL PRODUCTO ORIGINAL.
- CODIFICACIÓN DIFERENTE AL DEL PRODUCTO ORIGINAL.
- EL ARTE DEL FOIL (MATERIAL DE ENVASE) TIENE DIFERENCIA EN CUANTO A SU TIPOGRAFÍA, COLORES Y CONTENIDO. • LA CÁPSULA PRESENTA DIFERENCIAS FÍSICAS EN COMPARACIÓN CON EL PRODUCTO ORIGINAL

Nota: SE DESCONOCE SU CONTENIDO REAL QUE PONE EN ALTO RIESGO LA SALUD DE QUIEN LO USE



ANTI-TPO
Registro sanitario: INVIMA 2022RD-0007510
Referencia (ORG 503 Lote(s) / Serial(es): 2306995
Fuente de la alerta: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.
4 Marzo de 2025

EL FABRICANTE ORGENTEC NOTIFICA QUE REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO ANTI-TPO, REFERENCIA ORG 503 Y CONFIRMA QUE LA SENSIBILIDAD CLÍNICA DEL PRODUCTO NO SE CUMPLE. POR LO TANTO, INDICA SUSPENDER EL PRODUCTO.

Si desea obtener mayor información comuníquese con la oficina de control de medicamentos de IDSN: farmacovigilanciaidsn@gmail.com - tecnovigilanciaidsn@gmail.com



Gobernación de
NARIÑO





ALERTA

Marzo

Alerta Sanitaria



ANTI-TPO
Registro sanitario: INVIMA 2022RD-0007510
Referencia (ORG 503 Lote(s) / Serial(es): 2306995
Fuente de la alerta: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.
4 Marzo de 2025

EL FABRICANTE ORGENTEC NOTIFICA QUE REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO ANTI-TPO, REFERENCIA ORG 503 Y CONFIRMA QUE LA SENSIBILIDAD CLÍNICA DEL PRODUCTO NO SE CUMPLE. POR LO TANTO, INDICA SUSPENDER EL PRODUCTO.



ACCESS EPO
Registro sanitario: INVIMA 2017RD-0004323
Referencia A16364 Lote 439363
No. Identificación interno: RDR2502-00019
5 Marzo de 2025

EL FABRICANTE BECKMAN COULTER NOTIFICA QUE EL NÚMERO DE LOTE 439363 DEL REACTIVO ACCESS ERITROPOYETINA (EPO), PRESENTA UN SESGO DE CONCENTRACIÓN APROXIMADO DE --22% CON MUESTRAS DE PACIENTES EN COMPARACIÓN CON LOTES ALTERNATIVOS DE REACTIVO EPO.

NOTA: EL IMPORTADOR COMUNICA QUE ESTE RECALL NO AFECTA A COLOMBIA, YA QUE EL LOTE NO SE HA IMPORTADO, NI COMERCIALIZADO EN COLOMBIA, Y POR LO TANTO, NO SE REQUIERE IMPLEMENTAR NINGUNA ACCIÓN.



LENTES INTRAOCULARES
Registro sanitario: 2017DM-0015808
Titular del registro: KAIKA SAS
Lote(s) / Serial(es): 1S212614E002; 1S212638E025; 1S231363E035; 1S231963E009; 1S232383E216;
1S232872E102; 1S233261E026; 1S233310E012; 1S233560E078; 1S241026E027; 1S241825E016
5 marzo de 2025

CARL ZEISS INFORMA QUE SE IDENTIFICÓ QUE EN LA ETIQUETA SECUNDARIA CONTENÍAN DATOS DE DIOPTRÍAS INCORRECTOS PARA LA ESFERA Y EL CILINDRO. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA ETIQUETA PRINCIPAL DEL FRASCO O BANDEJA DE LA LENTE CONTIENE LOS DATOS CORRECTOS PARA LAS DIOPTRÍAS DE LA ESFERA Y EL CILINDRO.

NOTA: EL IMPORTADOR INFORMA QUE ESTAS REFERENCIAS NO HAN SIDO IMPORTADAS NI COMERCIALIZADAS EN COLOMBIA, POR LO QUE NO ES NECESARIO TOMAR NINGUNA ACCIÓN AL RESPECTO.

Si desea obtener mayor información comuníquese con la oficina de control de medicamentos de IDSN: farmacovigilanciaidsn@gmail.com - tecnovigilanciaidsn@gmail.com



Gobernación de
NARIÑO



FARMACIENCIA
¡Promoviendo relaciones seguras con tu salud!



ALERTA

Marzo

Alerta Sanitaria



DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS Y ACCESORIOS
Registro sanitario: 2015EBC-0013867
Referencia(s) / Código(s): DDP -100; DDP -200P; DDP -2001; DDP -2002.
5 marzo 2025

DEFIBTECH INFORMA QUE ALGUNOS PRODUCTOS ESTÁN SIENDO COMERCIALIZADOS SIN LAS ETIQUETAS AUTORIZADAS, LO QUE PODRÍA HACER QUE LOS ELECTRODOS DEA VENCIDOS PAREZCAN ESTAR DENTRO DE SU PERÍODO DE VIDA ÚTIL ACEPTABLE.

NOTA: EL IMPORTADOR ALLERS SAS INFORMA QUE, TRAS VERIFICAR LAS ÚLTIMAS IMPORTACIONES EN COLOMBIA, SE CONFIRMA QUE LAS ALMOHADILLAS COMERCIALIZADAS EN EL TERRITORIO CUENTAN CON LA ETIQUETA AUTORIZADA DE DEFIBTECH. POR LO CUAL, COLOMBIA NO SE ENCUENTRA AFECTADA POR DICHA ALERTA.



AGUJA ESPINAL Y EPIDURAL - AGUJAS DE ANESTESIA
Registro sanitario: 2015DM-0013654
Referencia(s) / Código(s): 405191, 405188, 405018, 405010, 405138, 405079, 409443, 405184, 405182
Lote(s) / Serial(es): Todos vigentes con etiquetado registro sanitario DM15739E
07 marzo 2025

BECTON DICKINSON HA INICIADO EL RETIRO VOLUNTARIO DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO EN PERÚ, DEBIDO A LA NO RENOVACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DM15739E POR PARTE DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE ESTE PAÍS, DIGEMID, CUYA CANCELACIÓN SE HIZO EFECTIVA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

NOTA: ESTA MEDIDA NO AFECTA A COLOMBIA, DONDE EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO SIGUE VIGENTE Y SIN BOGOTÁ, 07 MARZO 2025 NOVEDAD.



MICROCATÉTER NEURO Y PERIFÉRICO IVASCULAR INDEEP/MICROCATÉTER NEURO Y PERIFÉRICO
Registro sanitario: 2024DM-0029781
Lote(s) / Serial(es): TODOS
07 marzo 2025

EL FABRICANTE MACOPHARMA HA INFORMADO SOBRE UNA INCIDENCIA EN SU PRODUCTO, RELACIONADA CON LA AUSENCIA DE VARIOS TAPONES EN LA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE GLÓBULOS ROJOS NO LEUCORREDUCIDOS (CV1459) EN CIERTOS LOTES DE REFERENCIA LQT, FABRICADOS EN UNA DE SUS PLANTAS DE PRODUCCIÓN. LA FALTA DE ESTOS TAPONES PUEDE PROVOCAR FUGAS DETECTABLES DURANTE LA SEPARACIÓN DE LOS BOGOTÁ, 07 MARZO 2025 COMPONENTES SANGUÍNEOS EN LA PRENSA. ESTE DEFECTO SE DEBE A UN ERROR HUMANO ESPORÁDICO OCURRIDO DURANTE EL ENSAMBLAJE DEL DISPOSITIVO.

NOTA: AUNQUE NO SE HAN REPORTADO INCIDENTES EN LATINOAMÉRICA NI EN COLOMBIA, EL FABRICANTE HA DECIDIDO EMITIR ESTA NOTIFICACIÓN PARA FACILITAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA FALLA Y PREVENIR POSIBLES INCONVENIENTES.

Si desea obtener mayor información comuníquese con la oficina de control de medicamentos de IDSN: farmacovigilanciaidsn@gmail.com - tecnovigilanciaidsn@gmail.com



Gobernación de
NARIÑO



FARMACIENCIA
¡Promoviendo relaciones seguras con tu salud!