

Alerta de seguridad

OMEPRAZOLE DELAYED-RELEASE

CAPSULES USP 40 mg

LOTE LK9006 F.V.APR/2026

OMEPRAZOLE DELAYED-RELEASE

CAPSULES USP 20 mg LOTE LH9585

F.V.APR/2026



Productos fraudulentos
sin registro sanitario, su consumo puede generar Problemas de insomnio, pesadillas, agitaciones cansancio, Riesgo potencial de retención de líquidos, edema local o generalizado, Daños en órganos como el corazón, riñones, hígado.



**FARMA
BOOM**

**Producto: Graft/Prosthesis,
Biomaterial) / Injerto / Prótesis,
Biomaterial - Acido Hialurónico**

**Registro sanitario INVIMA 2021DM-
0022828**

Producto **falsificado o fraudulento**, lo
cual incrementa el riesgo sanitario
consumirlo.



Imagen 1. Producto Original



Imagen 2. Producto Fraudulento

**Verifica más a fondo la información
ingresando al siguiente link**



FARMA BOOM



Producto:
Automated External Defibrillator
Desfibrilador Externo automatizado
Registro sanitario:
2017EBC-0016969

HeartSine® samaritan® PAD

SAM 350P Desfibrilador semiautomático
SAM 360P Desfibrilador totalmente automático
SAM 500P Desfibrilador semiautomático



**No cuenta con registro sanitario INVIMA
los Pad-Paks no siempre se insertan
correctamente en los dispositivos HeartSine
samaritan PAD, verifica si es un producto
fraudulento**

**Verifica las indicaciones de qué hacer en
caso de usar el dispositivo médico
ingresando al siguiente link**



Producto:
**SUCTION TUBE-TUBOS DE ASPIRACIÓN
CARDÍACA MEDTRONIC DLP
DRENAJE DEL SUMIDERO,
AGUJA DE PERICARDIOCENTESIS DE UN
SOLO USO**

**Registro sanitario:
2019DM-0002649-R1**




**En ciertos lotes de productos
de cánula, los catéteres no
mantienen su forma al
doblarse, por lo tanto, se
informa el retiro voluntario de
los productos afectados**



**Producto: INSTRUMENTAL
REUTILIZABLE PARA CIRUGÍA
LAPAROSCOPIA Y
SUS ACCESORIOS AESCULAP® B.BRAUN**

**Registro sanitario INVIMA 2020DM-
0006143-R1**

Riesgo potencial de fragmentos de
silicona que se desprenden del sello



Si está utilizando el producto
referenciado comuníquese con el
importador, distribuidor o
comercializador para precisar si
existen recomendaciones
específicas para la utilización del
producto.

