



**FARMA
BOOM**

Alerta sanitaria

ASSERACHROM HPIA

Presencia de un defecto de color en determinadas tiras del Reactivo 1 del producto ASSERACHROM HPIA, correspondiente al **lote 271288**

Nota: El importador comunica que este recall no afecta a Colombia, ya que el lote no ha sido importado, ni comercializado en el país y por lo tanto no se requiere implementar ninguna acción.

Obtención de resultados negativos en todos los pocillos de la tira afectada.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

PRODUCTO FRAUDULENTO FUROMA

El producto mostrado en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.

Si desea obtener mayor información
comuníquese con el Invima a:
invimafv@invima.gov.co



CONSULTA AQUI

