



¡CUIDADO!

COMERCIALIZACION FRAUDULENTO DE:

DOLEX GRIPA

lote BD5B y fecha de vencimiento 04/2027

No compre producto sin registro sanitario INVIMA legal, pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud

ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL



CONSULTA AQUI



**COMERCIALIZACION
FRAUDULENTA:
DOLORMAX ULTRA FORTE
lote RSADI812151**

No consuma este producto fraudulento,
puede contener ingredientes que ponen en riesgo su salud,
verifique que sea el original

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL**



[CONSULTA AQUI](#)

**FARMA
BOOM**

Ensayo Atellica IM Active-B1 2 –
Ensayo ADVIA Centaur Active-B1 2

**Lote(s) / Serial(es): Atellica IM AB12:
62381103, 62382104, 62765105,
62759108, 652071 / ADVIA Centaur
AB12: 65223112**

Los lotes identificados pueden generar resultados de pacientes con sesgos positivos y/o negativos, así como resultados intermitentes de control de calidad fuera de los rangos establecidos.

NOTA: El fabricante instruye la suspensión inmediata del uso y el desecho de los lotes con sesgo confirmado.

CONSULTA AQUI

