



SPINTROL H CALIBRADOR

Lote / Serial: 2498
Referencia: 1002011

Durante los controles de liberación el comportamiento del analito LDL Colesterol dentro de la matriz de calibración presentó una variabilidad que no permitió asignar un valor cuantitativo con la precisión que requiere dicho material clínico.

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.

CONSULTA AQUI



FARMA BOOM



FALSIFICACIÓN DEL PRODUCTO BLOOD SUGAR COMPLEX

El producto mencionado estaría siendo objeto de falsificación y venta a través de plataformas de comercio digital, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL**



CONSULTA AQUI





COMERCIALIZACION FRAUDULENTA LUMIFY GOTAS OFTÁLMICAS

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL



CONSULTA AQUI




FARMA BOOM



FALSIFICACIÓN DEL PRODUCTO NMN SUPPLEMENT

El producto mencionado estaría siendo objeto de falsificación y venta a través de plataformas de comercio digital, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL**



CONSULTA AQUI

