

**PRODUCTOS DENOMINADOS PEPTIDOS DE LA
MARCA BIOTECH PEPTIDES QUE NO
CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO**

Estos productos denominados “péptidos” de la marca Biotech Peptides, no están autorizados por INVIMA. Por tal motivo, su utilización puede implicar riesgos asociados a la ausencia de evaluación formal de seguridad, eficacia, calidad farmacéutica y farmacovigilancia.

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL Y FRAUDULENTO.**



PEPTIDES QUE NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO:

- GHK-CU
- TESAMORLEIN
- RETATRUTIDE
- GLOW
- IPAMORELIN
- MOTS C
- NAD+
- IGF-LR3
- GLUTHATIONE
- KLOW
- SEMAX
- IGF-1
- TB-500
- BPC-157 Y CJC-1295
- CAGRILINTINE
- AOD-9604
- PT-141(Bremelanotida)
- SNAP-8
- DSIP
- KISSPEPTIN

CONSULTA AQUI



MINGDESHIJA SOOTHING ESSENCE GEL de la marca HOME GREEN WORLD

Producto sin registro sanitario INVIMA, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

STA® - C.K. PREST® 5

Lote(s) / Serial(es): 272955

Registro sanitario: INVIMA 2020RD-
0006381 / INVIMA 2024RD-0009003

Reactivo de diagnóstico in vitro presenta variabilidad entre algunos viales, lo que puede generar tiempos de tromboplastina parcial activada (APTT) artificialmente prolongados y ocasionar resultados de los controles internos de calidad fuera de los rangos de aceptación establecidos

NOTA: El producto impactado no se ha comercializado en Colombia.

CONSULTA AQUI



ATELLICA CH URINE ALBUMIN (UALB)

Lote(s) / Serial(es): Todos los lotes vigentes
Registro sanitario: INVIMA 2026RD-0009644

El fabricante SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. informó que el uso continuado del reactivo UAlb acelera el deterioro de las cubetas de reacción del analizador.

NOTA: Esta situación puede generar un sesgo negativo en los resultados de los ensayos de nitrógeno ureico (UN_c) y hemoglobina A1c enzimática (A1c_E).

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Elecsys HBsAg II Quant II

Lote(s) / Serial(es): 90915501

Registro sanitario: INVIMA 2025RD-0003394-R2

El reactivo Elecsys HBsAg II Quant II, lote 909155, presenta un sesgo positivo en la cuantificación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg). Esta situación puede generar una sobreestimación de los resultados y afectar su interpretación clínica.

NOTA: El producto no ha sido importado ni comercializado en el país.

CONSULTA AQUI



Dimension Tacrolimus

Lote(s) / Serial(es): FA6254, FA6260 y FA6286

Registro sanitario: INVIMA 2025RD-0009544

Los lotes FA6254, FA6260 y FA6286 del reactivo Dimension Tacrolimus (TAC) pueden presentar un sesgo positivo en los resultados de controles de calidad y muestras de pacientes cuando el reactivo permanece hidratado en el compartimiento abierto del analizador.

NOTA: Esta situación puede generar resultados falsamente elevados de tacrolimus.

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

STA - STACLOT PROTEIN S

Lote(s) / Serial(es): 273074

Referencia(s) / Código(s): 0746

Registro sanitario: INVIMA 2020RD-0006381 /
INVIMA 2024RD-0009009

El lote 273074 del reactivo STA[®] StacLOT[®] Protein S, referencia 0746, presenta una tendencia a generar valores positivos en los controles de calidad durante el período de estabilidad declarado.

NOTA: Los importadores informan que el producto no ha sido importado a Colombia

CONSULTA AQUI

