



INFORME DE SEGURIDAD

ALERTA INVIMA: IVITROS Immunodiagnostic Products Anti HAV Total Reagent Pack / Calibrator

Lote / Serial: 6672, 6680, 6690, 6720, 6740, 6760
Referencia: 6801461 Y 6801462

Los lotes correspondientes a las generaciones (GEN) 35, 36 y 37 pueden presentar variaciones de rendimiento durante su vida útil

-  La falla puede generar resultados con sesgo positivo a medida que el producto envejece.

Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del INVIMA los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

